



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0187

北京市计量检测科学研究院

Beijing Institute of Metrology



21010867012-11-D1971

校准证书

Calibration Certificate

证书编号:

Certificate No. JD21S-BA100629

客户名称

Client

首都医科大学附属北京安定医院

物品名称

Name of Item

离心机

型号 / 规格

Model / Specification

3-18K

物品编号

Serial No.

146638

制造单位

Manufacturer

SiGMA

客户地址

Address of the Client

北京市西城区德胜门外安康胡同5号

物品接收/校准日期

Date of Receipt/Calibration

2021-07-02/2021-07-02

批准人

Approved by

核验员

Checked by

校准员

Calibrated by



签发日期

Date of Issue

2021

年

07

月

02

日

计量检定机构授权证书号:

Authorization Certificate No.

(国) 法计 (2017) 01007号

地址:

北京市朝阳区安苑东里一区12号

Address:

No.12, 1 block, Anyuandongli, Chaoyang District, Beijing

电话(Tel):

400-090-0026

传真(Fax):

010-57521500

邮编(Post Code):

100029

电子信箱(E-mail):

jly@bjil.cn

北京市计量检测科学研究所校准证书
Calibration Certificate of BIM

证书编号: JD21S-BA100629
Certificate No.

第 2 页共 3 页
Page 2 of 3

北京市计量检测科学研究所是国家法定计量检定机构, 是中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可实验室。

Beijing Institute of Metrology (BIM) is a National Legal Metrological Verification Institution and an accredited laboratory of CNAS.

校准依据 Calibration Reference	离心机校准方法BJJL-ZYJ-J152				
校准地点 Calibration Location	首都医科大学附属北京安定医院3号楼2层218室				
环境条件 Environmental conditions	温度 (°C) temperature (°C)	24.2	相对湿度 (%) Relative humidity (%)	36	其它 Other

本次校准所使用的主要计量标准器
Measurement Standards for Calibration

名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty /Accuracy Class/MPE	证书编号/溯源单位 Certificate No./Trace to	有效期至 Date of Expiry
转速频率仪	(10~60000) r/min	$U_{rel}=5 \times 10^{-5}$, $k=2$	LSvm2021-10231/中国计量院	2022/01/21
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

- ☐ 本证书以中英文两种语言表达, 准确含义以中文为准。
The certificate is reported in both English and Chinese, with the Chinese version as standard.
- ☐ 本证书未加盖校准专用章无效
The certificate is invalid without the calibration seal of BIM.
- ☐ 被校物品修理后, 应立即重新校准。
Recalibrate the item as soon as it is repaired.
- ☐ 在使用过程中, 如对被校物品的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
Recalibrate the item if there are any doubts about its performance.
- ☐ 根据顾客的要求, 复校时间间隔为 (12) 个月。
According to requirements of the client, the calibration interval should be (12) months.

未经本院书面批准, 不得部分复制本证书。

This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of BIM.

