

北京市计量检测科学研究院

Beijing Institute of Metrology



2020072297003-11-B30

检定证书

Verification Certificate

证书编号:

Certificate No. HB20J-EB003100

客户名称

Client

首都医科大学附属北京安定医院

计量器具名称

Name of Instrument

全自动上臂式血压计

型号/规格

Model / Specification

UA-855

出厂编号

Serial No.

CN1303SZ0855C00320

制造单位

Manufacturer

爱安德电子(深圳)有限公司

检定依据

Verification Regulation

[见本证书第二页检定依据]

检定结论

Conclusion

合格

批准人

Approved by

核验员

Checked by

检定员

Verified by



检定日期

Date of Verification

2020

年

08

月

03

Day

有效期至

Date of Expiry

2021

年

08

月

02

Day

计量检定机构授权证书号:

Authorization Certificate No.

(国)法计(2017)01007号

地址:

北京市朝阳区安苑东里一区12号

Address:

No.12, 1 block, Anyuandongli, Chaoyang District, Beijing

电话(Tel):

400-090-0026

传真(Fax):

010-57521500

邮编(Post Code):

100029

电子信箱(E-mail):

jly@bjim.cn

北京市计量检测科学研究院检定证书

Verification Certificate of BIM

证书编号: HB20J-EB003100
Certificate No.第 2 页共 3 页
Page 2 of 3

北京市计量检测科学研究院是国家法定计量检定机构。

Beijing Institute of Metrology(BIM) is a National Legal Metrological Verification Institution.

检定依据 Verification Regulation	JJG 692-2010无创自动测量血压计检定规程				
检定地点 Verification Location	生物医药室6212房间				
环境条件 Environmental conditions	温度(℃) temperature(℃)	20	相对湿度(%) Relative humidity(%)	30	其它 Other

检定使用的计量标准

Measurement Standard for Verification.

名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty /Accuracy Class/MPE	证书编号 Certificate No.	有效期至 Date of Expiry
无创电子自动血压计检定装置	静态压力: (0~53.3)kPa; 模拟血压: 成人: 收缩压 (6.7~34.0) kPa, 舒张压 (4.0~26.0) kPa; 儿童: 收缩压 (4.0~16.0) kPa, 舒张压 (1.3~13.3) kPa	静态压力示值最大允许误差: ± 0.1 kPa; 血压示值重复性: 不大于0.3kPa	[2019]国量标京证字第169号	2023-01-24
/	/	/	/	/

本次检定所使用的主要计量标准器具

Measurement Standards for Verification.

名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty /Accuracy Class/MPE	证书编号 Certificate No.	有效期至 Date of Expiry
无创血压模拟器	静态压力: (0~53.33) kPa; 模拟血压: 成人: 收缩压 (6.7~34.0) kPa, 舒张压 (4.0~26.0) kPa; 儿童: 收缩压 (4.0~16.0) kPa, 舒张压 (1.3~13.3) kPa	静态压力示值误差: ± 0.04 kPa; 血压示值重复性: ≤ 0.3 kPa	HB19S-ED00Q104	2020-10-10
/	/	/	/	/

☐ 本证书以中英文两种语言表达, 准确含义以中文为准。

The certificate is reported in both English and Chinese, with the Chinese version as standard.

☐ 本证书的检定结果仅对所检定的计量器具有效且本证书未加盖检定专用章无效。

The results of verification are valid only for the instrument verified and The certificate is invalid without the verification seal.

☐ 被检计量器具修理后, 应立即重新检定。

Reverify the instrument as soon as it is repaired.

☐ 在使用过程中, 如对被检定计量器具的技术指标产生怀疑, 请重新检定。

Reverify the instrument if there are any doubts about its performance.

未经本院书面批准, 不得部分复制本证书。

This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of BIM.

北京市计量检测科学研究院检定证书

Verification Certificate of BIM

证书编号:

HB20J-EB003100

第 3 页共 3 页

Certificate No.

Page 3 of 3

检定结果

Results of Verification

检定项目			技术要求	检定结果
一、外观的检查			详见JJG692-2010	合格
二、静态压力示值误差			$\pm 4\text{mmHg}$	2 mmHg
三、血压示值重复性	收缩压	150mmHg	不大于5mmHg	1 mmHg
	舒张压	100mmHg	不大于5mmHg	0 mmHg

注: 1kPa=7.5mmHg

以下空白(End)

北京市计量检测科学研究院

未经本院书面批准, 不得部分复制本证书。

This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of BIM.