

北京市西城区计量检测所
Beijing Xicheng Institute of Metrology

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 京西字第21027330号
Certificate No.

送检单位

Applicant

首都医科大学附属北京安定医院(北京儿童少年
心理卫生中心、北京老年精神卫生中心、中国药
物依赖治疗中心)

(统一社会信用代码: 12110000400688465L)

计量器具名称

Name of Instrument

电子血压计

(器具用途: 医疗卫生)

型号/规格

Model / Specification

UA-855

出厂编号

Serial No.

CN1303SZ0855C00310

制造单位

Manufacturer

爱安德电子(深圳)有限公司

检定依据

Verification Regulation

JJG 692-2010

检定结论

Conclusion

合格



02E-012-021
40B-28B-8F1

批准人
Approved by

杨帆

核验员
Inspected by

钱福颖

检定员
Verified by

马雯

检定日期 2021 年 11 月 02 日
Verification Date Y M D

有效期至 2022 年 11 月 01 日
Valid until Y M D

计量检定机构授权证书号: (京)法计(2018)02号
Authorization Certificate No.:

地址: 北京市西城区鸭子桥路29号
Address: NO.29 YaZiqiao Road, Xicheng District, Beijing

电话(Tel): 010-83976930
传真(Fax): 010-83976935

邮编(Post): 100055
EMAIL: xcjls@scjgj.beijing.gov.cn

北京市西城区计量检测所
Beijing Xicheng Institute of Metrology

证书编号：京西字第21027330 号

第 2 页 共 3 页

器具标识：XC000685779X

北京市西城区计量检测所是国家法定计量检定机构，并通过北京市质量技术监督局授权认可法定计量检定机构计量授权证书号：（京）法计（2018）02号	
检定依据	JJG 692-2010 《无创自动测量血压计》
计量标准名称	无创电子自动血压计检定装置
不确定度/准确度/最大允许误差	标准压力计示值最大允许误差： $\pm 0.1\text{kPa}$ ；血压模拟器血压示值重复性： 0.3kPa
社会公用计量标准证书	编号 [2019]西社量标法（西）证字第036号
	有效期至 2023年07月01日
计量标准溯源性	本标准溯源至国家压力基准
检定地点	首都医科大学附属北京安定医院
环境条件	温度： $20.3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度： 40.3% ；其它： <u> </u> / <u> </u> 。

- 注： 1. 本证书检定结果仅对该计量器具有效；
2. 本证书未加盖检定专用章无效；
3. 下次检定时请携带（出示）此证书。

未经授权，不得部分复印本证书。

北京市西城区计量检测所

Beijing Xicheng Institute of Metrology

证书编号：京西字第21027330 号

第 3 页 共 3 页

1 外观的检查

检查结果	合格
备注	/

2 静态压力测量范围

检定结果	/
------	---

3 静态压力示值误差检定结果

检定结果	$< \pm 4 \text{mmHg}$
------	-------------------------

4 血压示值重复性检定结果（示波法原理血压计检测项目）

血压设定值		血压示值重复性
收缩压	150	$< 5\text{mmHg}$
舒张压	100	

5 自动放气阀放气速率（听诊法原理血压计检测项目）

检验结果	/
------	---

6 气压系统气密性

检查结果	/
------	---

- 注：
1. 本证书检定结果仅对该计量器具有效；
 2. 本证书未加盖检定专用章无效；
 3. 下次检定时请携带（出示）此证书。

未经授权，不得部分复印本证书。